



### قائمة اشتراطات السلامة

ملاحظات	لا ينطبق	لا	نعم	البند
				١-١ - الموظفون أو العاملون
				أ - موقع العمل مزدحم.
				ب - العاملون يعملون بأمان.
				ت - العاملون يلبسون معدات واقية أثناء العمل مثل :
				• قناع
				• ٢-قفازات
				• ٣- نظارات واقية
				• ٤- أحذية واقية
				١-٢ - موقع العمل
				أ - التهوية العمومية تعمل.
				ب - التهوية المحلية تعمل.
				ت - جودة الهواء مقبولة.
				ث - مكان العمل به ضوء.
				ج - ليس هناك أثر للتدخين.
				ح - الأرضية ليست زلقة.
				خ - موقع العمل نظيف ومرتب
				د - الإضاءة كافية.
				؟
				١-٣ مخارج الطوارئ
				أ - المخارج موضحة بشكل جيد.
				ب - المخارج غير مغلقة عند استخدام الغرف أو المعامل
				ت - الاتجاهات نحو المخارج مبيّنه بوضوح.
				ث - إضاءة مخرج الطوارئ تعمل.
				ج - تظل المخارج على منطقة مفتوحة خارج المبنى.
				ح - المخارج كافية لجميع الموظفين.
				خ - ممرات المخارج غير مسدودة.
				١-٤ نظام صفارة الحريق
				أ - نظام صفارة الإنذار يعمل.
				ب - تم التحقق من عمل نظام صفارة الإنذار.
				ت - خطة الإخلاء واضحة ومنشورة.
				ث - الموظفون معتادون على خطة الإخلاء ومسئولياتهم في حالة الطوارئ.



ملاحظات	لا ينطبق	لا	نعم	البند
				<b>١-٥ مطافئ الحريق</b>
				أ - ظاهرة ويمكن الوصول إليها.
				ب - يتم فحصها بشكل دوري.
				ت - عدد الطفايات كاف.
				ث - نوعية الطفايات مناسبة.
				<b>١-٦ معدات السلامة</b>
				أ - معدات غسيل العيون تعمل.
				ب - وش السلامة يعمل.
				ت - عدة الإسعاف الأولي موجودة مع المواد المطلوبة.
				ث - كاشف الدخان يعمل.
				<b>١-٧ تعليمات السلامة</b>
				أ - ملصقة في المدخل والأماكن الأخرى المطلوبة.
				ب - واضحة.
				ت - كافية.
				<b>١-٨ المواد الكيميائية</b>
				أ - الحاويات عليها ملصقات واضحة تبين المعلومات المطلوبة
				ب - الحاويات مغلقة بإحكام.
				ت - للزجاجات الكبيرة محفوظة في دولا ب.
				ث - المواد الكيميائية الضارة أو المؤكسدة مغلقة بإحكام.
				ج - الأغطية تعمل بكفاءة.
				ح - المواد الكيميائية القابلة للاشتعال محفوظة جيداً.
				خ - المواد الكيميائية التي يمكن أن تتفاعل مع بعضها مفصولة عن بعضها.
				د - المواد الكيميائية التي تحتاج إلى حفظها في أماكن باردة محفوظة في درجة الحرارة المناسبة.
				ذ - وجود ملصقات إرشادية للتعامل مع المواد الكيميائية.
				<b>١-٩ اسطوانات الغاز المضغوط</b>
				أ - مسنده ومربوطة بسلسلة.
				ب - محفوظة ومغطاة بإحكام.
				ت - موضوعة في مكان مفتوح حسب الحاجة.
				ث - مزودة بملصق يحوي المعلومات المطلوبة.
				ج - سهلة المتناول.
				ح - الملصقات الإرشادية للتعامل معها موجودة.

ملاحظات	لا ينطبق	لا	نعم	البند
				١-١٠ الكهربائية
				أ - المفاتيح الكهربائية في متناول اليد.
				ب - الأسلاك معزولة.
				ت - الأجهزة مزودة بالأسلاك الأرضية.
				ث - الأسلاك محمية من المياه.
				ج - الأسلاك غير موضوعة في أماكن عبور الأشخاص بحيث تسبب تعثرهم.
				ح - وصلات الأسلاك ذات نوعية جيدة.
				خ - مخارج الكهرباء ليست محملة فوق طاقتها.
				د - مخارج الكهرباء بحالة جيدة.
				١-١١ الإشعاعات
				أ - المواد الإشعاعية مزودة بملصقات.
				ب - العلامات الإشعاعية واضحة.
				ت - الموظفون العاملون يرتدون بطاقة الإشعاع.
				ث - أخطار الإشعاعات الكهرومغناطيسية محددة.
				ج - وجود ملصقات إرشادية.

ملاحظات عامة :

.....

.....

.....

رئيس قسم السلامة

مندوب الجهة

معد التقرير

.....

.....

..... الاسم

.....

.....

..... التوقيع

المشرف على إدارة الأمن والسلامة

د. عبدالقادر بن محمد داود تنكل